

	HEDİL LABORATUVAR HİZMETLERİ		
	FERAGAT BEYAN FORMU		
Dok. No: PR.09-FR.01	İlk Yayın Tarihi: 16.05.2024	Rev. No / Tarih: 01/01.10.2025	Sayfa No: 1 / 2

1. Numune Kabul Kriterleri

- Numune gönderiminde numune teste uygun olmalıdır. Numuneler sağlam özellikte olmalı, herhangi bir yüzey kusuru (delik, derin çizik, eğilme kırık, çatlak) olmamalıdır.
- Ambalaj kutuları (plastik, karton, strafor, vb.) tümüyle kapalı olmalı, kesinlikle yırtık ve delik olmamalıdır. Torbaların (plastik torba, bez torba) ağızları muntazam şekilde kapatılmış olmalı, yırtık ve delik olmamalıdır. Cam kavanozların kapağı tam kapalı olmalı, çatlak ve kırık olmamalıdır.
- Steril olmayan, kırık-çatlak ve/veya sızdırma yapan şişelere ait numuneler reddedilir. Tüm şişeler, bu amaç için üretilmiş steril plastik (PP, PE) veya cam şişeler olmalıdır. Numune şişeleri sızdırmaz özellikte olmalıdır. Taşıma sırasında numuneler güneş ışığından korunmalıdır.
- Kapak bütünlüğü bozulmuş şişelere ait numuneler reddedilir. Orijinal ambalajında gönderildiği belirtilen numunelerin kapak bütünlüğü korunmuş olmalıdır.
- Yeterli miktarda gönderilmeyen numuneler reddedilir. Numune miktarı istenen parametrelerin çalışılması için yeterli miktarda, analiz listesinde belirtildiği kadar olmalı ve buna uygun yeterli büyüklük ve/veya sayıda şişeler kullanılmalıdır.
- Üzerinde üretici firma tanımlaması mevcut olmalıdır.
- Mikrobiyoloji analizi için gönderilen numuneler arasında birbirine bulaş olduğu tespit edilen numuneler reddedilir. Tüm numuneler alındıktan sonra güneş ışınlarından korunarak ve birbirlerine bulaş olmasını engelleyecek önlemler alınarak saklanmalı ve taşınmalıdır. Analiz için gelen numunelerin ambalajlarında açılma, sızıntı gibi kontaminasyona sebep olabilecek durumlar olmamalıdır.
- **Laboratuvar, soğuk zincir koşullarında taşınan numuneleri kabul etmemektedir.**
- Belirtilen sürede gönderilmeyen numuneler reddedilir. Tüm numuneler en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır.
- **PR.07-FR.01 Analiz Talep Formu**’nda numuneyle ilgili bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır. Numune ile ilgili müşteri tarafından verilen bilgilerin sorumluluğu müşteriye aittir.

2. İstisnai Durumlar

Aşağıda belirlenen durumlarda numuneler Numune Kabul Kriterlerinde verilen şartlar dışında da raporda bu durumun belirtilmesi şartı ile kabul edilebilir.

- Salgın vb. olağanüstü durumlarda,
- Bir kez daha numuneye ulaşılması mümkün olamayacak durumlarda,
- İlgili mevzuat kapsamında takibi yapılan numuneler hariç, müşterinin uygunsuzluğu kabul etmesi ve bunun raporda belirtilmesi durumunda.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Kalite Yöneticisi	Laboratuvar Müdürü	Genel Müdür

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

	HEDİL LABORATUVAR HİZMETLERİ		
	FERAGAT BEYAN FORMU		
Dok. No: PR.09-FR.01	İlk Yayın Tarihi: 16.05.2024	Rev. No / Tarih: 01/01.10.2025	Sayfa No: 2 / 2

- ❖ Numune, yukarıda belirtilen numune kabul kriterlerine uygun şartlarda getirilmemiştir. Müşteri analiz sonuçlarının numuneden kaynaklı olarak etkilenebileceği konusunda bilgilendirilmiştir. Müşterinin talebi üzerine analiz çalışması şartlı kabul yapılarak gerçekleştirilecektir.
- ❖ Analiz raporunda numune sebebi ile hangi sonuçların analizden etkilenebileceği, sonuçların numunenin teslim alındığı hâli için geçerli olduğu ve sonuçlardaki sapmadan laboratuvarımızın sorumlu olmadığına dair beyan eklenecektir.

ŞARTLI KABUL SEBEBİ:

Müşteri
(Analizi Talep Eden)
Adı-Soyadı/Tarih/İmza

Numuneyi Kabul Eden
Adı-Soyadı/ Tarih/İmza

Numune sebebi ile analiz sonuçlarının etkilenebileceğini anladım. Her türlü sorumluluk tarafımızda olup; bu durumun **Analiz Raporu** 'nda yer almasını kabul ediyorum.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Kalite Yöneticisi	Laboratuvar Müdürü	Genel Müdür

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.